

MRI 検査を受けられる方へ

患者氏名 _____ 様

《検査日時》

平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日 (_____) _____ 時 _____ 分 からです

注意：予約日・予約時間に都合が悪くなった場合や お問い合わせは下記へお願いします。

朝食禁 昼食禁 水分摂取可 飲食可

1. 注意事項

- 検査当日は予約30分前までに受付へおいでください。
- 検査前の薬の内服は医師からの説明のない限り摂取して結構です。
- 撮像時には金属のついた衣服は着替えをしていただく場合があります。
- MRI検査は強い磁石の部屋で横になったままの姿勢で行い、大きな音がします。
- 検査時間は撮影部位によって異なりますが30分前後です。

2. 検査できない方

- 心臓ペースメーカーを使用している
- 脳動脈瘤クリップが入っている（医師の許可ない方）
- 整形外科的金属（医師の許可ない方）
- 人工内耳を使用している
- 義眼を使用している（医師の許可ない方）
- 妊娠中の方

3. 持ち込みできない物

金属物・・・時計・眼鏡・鍵・携帯電話・ライター・ヘアピン等
磁気カード・・・キャッシュカード・テレホンカード・定期券等
その他・・・取り外しのできる義歯・補聴器・カイロ・湿布・エレキバン等

※ 泌尿器科・婦人科の患者様へ

膀胱に尿をためて撮影する場合がありますので検査前での排尿は我慢してください。

- ・ 検査内容の注意点詳細は、裏面の『MRI検査の注意事項』をよくお読みください。
- ・ 検査時間に遅れますと検査開始時間が大幅に遅れたりすることもありますので、時間を厳守してください。緊急を要する患者様の撮像により検査が遅れることがあります。

医療法人社団 博翔会 五香病院

住所：千葉県松戸市五香8丁目40番地1

電話：047-311-5550 放射線科（内線375）

MR I 検査の注意事項

《検査を受けることができない方》

装置により患者さんは大変強い磁場の中に身を置くことになります。このため、装着金属によっては検査が禁忌となってしまうことがあります。

- ① 心臓ペースメーカーを埋め込まれている方
- ② 金属製の心臓人工弁をご使用されている方
- ③ 人工内耳（移植蝸牛刺激装置）、人工耳小骨をご使用されている方
- ④ 神経刺激装置などの体内電子装置をご使用されている方
- ⑤ 除細動装置
- ⑥ 骨成長刺激装置
- ⑦ 注入ポンプ等
- ⑧ 磁力により装着する義眼や磁力部分が着脱不能な義歯
- ⑨ 冠状動脈等にステント挿入後、約2ヶ月未満の方

《検査を受けることができない事があるため、担当医にお申し出下さい》

- ① 脳動脈瘤手術による金属クリップやコイル等金属の材質をご確認下さい。材質のわからない場合は検査を受けることができません
- ② その他の金属が体内にある方
- ③ 眼などの外傷に鉄粉（弾丸や鉄片等）が残存する場合、その他の部位で材質が確認できない場合は検査を受けることができません。
- ④ 閉所恐怖症の方：担当医にお申し出下さい。
- ⑤ 入れ墨のある方入れ墨では、火傷や絵が崩れる可能性があります。担当医にお申し出下さい。

《妊娠中もしくは妊娠の可能性のある方》

胎児に対するMR I 検査の安全性は確立されていません。原則、妊娠中の方は検査をお受けになることができません。（特に妊娠期間の最初の1/3の検査は慎重になる必要があります。）

《検査前の食事について》

下記の検査においては、検査3時間前から食事は控え下さい。但し水分の摂取は制限がありません。腹部（肝臓・膵臓・胆嚢）、乳房、骨盤部（子宮・卵巣・膀胱・前立腺）

《検査を受けるにあたり注意する事》

- ① 長時間一定の姿勢を保持
撮像時間が長いため、検査中に痛み等で動いてしまうと写真がブレてしまいます。比較的楽な姿勢で検査を行えるようにはいたしますが、それでも一定の姿勢が保てない方は場合により検査を中止することがあります。
- ② 骨盤部（子宮・卵巣・膀胱・前立腺）の検査を受ける場合は、検査予定時間の30分前より排尿しないで下さい。

《その他の注意》

- ① 検査室内には、補聴器・装飾品・腕時計・磁気カード・電子機器等を持ち込むと故障、データが消失します。
- ② 入れ歯・使い捨てカイロ・エレキバン・貼り薬・ベルト等は、火傷や画像の乱れを引き起こす可能性がありますので取り外していただきます。
- ③ アイライン・マスカラ等は火傷をする可能性があるため、検査前に落としていただく場合があります。（酸化鉄などの成分が含まれている場合）
- ④ カラーコンタクトは金属成分が含まれているため、外していただきます。